



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

ADENDO Processo nº.83/09, pregão nº. 27/09. Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos. O pregão marcado para o dia 25/06/2009 será realizado no dia 02/07/2009 às 9:00. Informações e instrumento convocatório: Setor de compras/licitações. Praça Padre João Maciel Neiva, 15, centro, Santana da Vargem/MG ou pelo site www.santanadavargem.mg.gov.br. Contato (35) 3858-1200 Janaina Raquel Silva - Pregoeira, Argemiro Rodrigues Galvão - Prefeito.

PREFEITURA MUN.DE SANTANA DA VARGEM

PROCESSO.: PRC00083/09 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

LICITACAO: PREG0027/09

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	DISCRIMINACAO	CODIGO MARCA/COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.
------	----------	---------	---------------	--------------------------	----------------	-------------	------------

ACEITAVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

=====

=====

1 2,0000 UNIDADE AMALGAMADOR 3932

amalgamador batedor de capsulas de alta
resistencia, compacto, com painel de controle com
membranas de facil operacao , display indicador de
tempo de batimento, timer de 1 a 16 segundos com
divisao de 1 em 1 segundo memorizacao do ultimo
tempo de batimento selecionado, compatibilidade
para receber cpsulas de todas as procedencias,
cobertura de protecao com dispositivo automatico
de seguranca que interrompe a operacao caso a
cobertura seja aberta, superficie lisa de facil
desinfeccao, com as seguintes dimensoes: Largura
214mm; Profundidade 176mm; Altura 162mm; Peso
4,67Kg; Rotacao 4600 rotacao helicidais por



minuto; Potencia 170W

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

2 2,0000 UNIDADE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR 3933

Aparelho fotopolimerizador de resina composta, com transmissao de luz emitida por um unico LED, compativel com todas as resinas fotopolimerizaveis disponivel no mercado.A utilizacao do LED elimina a necessidade de lampada e exaustor resultando em um equipamento de luz fria com longa vida util, que permite o uso prolongado por periodos ininterruptos, sem risco de aquecimentos e queima, alem de uma peca de mao extremamente leve e anatomica. Possui superficie lisa e facil desinfeccao, sinal sonoro com intervalos de dez segundos, programacao eletronica do tempo de emissao da luz e desligamento automatico com 50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

segundos, emissao gradativa de luminosidade,

ponteira em acrilico, com giro livre de 360° sobre

a peca de mao, tecla de membrana com funcao

liga/desliga, luz fria com comprimento de onda de

450 a 480nm (luz azul) conferindo maior seguranca

ao processo de fotopolimerizacao e maior potencia

de 320 a 500mW/cm², que o credencia para

utilizacao nas sessoes de clariamento dental, peca

de mao com cabo liso comutacao automatica

detensao de 100 a 240V, com as seguintes

dimensoes:

Largura 154mm; Comprimento 230mm; Altura 180mm; Peso

0,91Kg; Potencia 15VA, Tensao multi- tensao 100 a

240.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

Armario em vitrine (com 01 porta com estrutura
metalica, com fundo e teto em chapa de aco, com
tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura
eletrostatica a po com resina epoxi poliester e
polimerizado em estufa.Portas e laterais em vidro
de3,00mm e com chave nas medidas 0,63 x 0,42 x1,68

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do servico de compras

PREFEITURA MUN.DE SANTANA DA VARGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

PROCESSO.: PRC00083/09 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

LICITACAO: PREG0027/09

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	DISCRIMINACAO	CODIGO MARCA/COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.
------	----------	---------	---------------	--------------------------	----------------	-------------	------------

=====

metros

4	2,0000	UNIDADE	CADEIRA ODONTOLOGICA	8557			
---	--------	---------	----------------------	------	--	--	--

Cadeira Odontologica Completa

(cad./equipo/unid.sug./refl)

Cadeira odontologica com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, acionados pelo pedal de comando com design integrado a base da cadeira, ausencia de braco direito para facilitar



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

o acesso do paciente, braco esquerdo em integral

skin que impede a ocorrencia de riscos

superficiais, encosto de linhas arredondadas amplo

e envolvente com curvatura anatomica e largura de

60cm na regioa lombar, capacidade para atingir

altura minima de 39cm no assento, articulacao

central unica entre assento e encosto facilitando

a limpeza do equipamento e encosto de cabeca

articulado. Exclusiva carenagem envolvente que

confere ao conjunto sofisticacao e funcionalidade

com acabamento harmonico. Base da cadeira

fabricada em chapa de aco macica de 3/8

(polegadas) de espessura, sistema pantografico de

elevacao, encosto e base do assento fabricado em

vergalhoes e chapas de aco, todas as superficies

metalicas possuem banho de protecao contra



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

oxidacao e pintura lisa nas superficies

aparentes,sistema fuso de inclinacao do encosto e

elevacao do assento, transformado de 12V para

alimentacao do refletor, rele de partida e fusivel

de protecao, estofamento em espuma de poliuretano

revestido com PVC expandido lavavel e sem costura

com as seguintes dimensoes altura minima de

39cm,altura maxima 78,5cm, comprimento 187cm, peso

175kg aproximadamente

Equipo odontologico acoplado com braco curvo de

linhas arredodadas e sistema pneumatico de

travamento tipo ARM LOCK, puxadores bilaterais,

selecao automatica das pontas controladora por um

bloco de acionamento pneumatico (sistema BAP),

suporte de pontas em peca unica e destacavel para

facilitar uma higienizacao adequada, alma



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

estrutural em aco, corpo e capas em ABS, Bandeja

em aluminio anodizado;negatoscopio; terminal para

micromotor sem spray ; terminal para alta rotacao;

seringa triplice e bandeja; mangueiras tipo oblate

lisa, leves e flexiveis; suporte para

instrumentais; terminal para micromotor com spray;

jato de po de bicarbonato, com as seguintes

dimensoes Largura 58cm,Altura 29cm, Profundidade

48cm, Refletor odontologico monofocal, acoplado ao

braco vertical do equipo fixo na cadeira, dotado

de cabecote com puxador incorporado e espelho

=====

=====

FIRMA PROPONENTE: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

Encarregado do servico de compras

PREFEITURA MUN.DE SANTANA DA VARGEM

PROCESSO.: PRC00083/09 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

LICITACAO: PREG0027/09

=====

ITEM QUANTID.	UNIDADE	DISCRIMINACAO	CODIGO MARCA/COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.
---------------	---------	---------------	--------------------------	----------------	-------------	------------

=====

multifacetado com tratamento multicoating que
produz luz fria uniformemente distribuida,
temperatura de cor 5500\$ Kelvin aproximadamente,
campo de luz, sistema de troca facil da lampada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

(sem utilizacao de ferramentas)protetor da
lampada e espelho em policarbonato transparente,
transformador com selecao de voltagem, bracos com
linhas arredondadas e pintura lisa fusivel de
protecao 2A(110/127V) 1A(220V); Voltagem
110/127/220V; lampada halogena 12V x 55W. Unidade
auxiliar acoplada a cadeira com estrutura interna
fabricada em aluminio com pintura lisa, bacia
removivel para desinfeccao em ceramica esmaltada
com ralo separador de detritos, registro para
acionamento da agua da cuspideira,01 terminal
para succao em aluminio de superficie lisa com
acionamento automatico, suporte de pontas macico
em poliacetal com formas arredondadas, caixa de
esgoto selada em PVC com respiro e abafador,
separador de detritos conectado a mangueira de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

succao com tela de aco inoxidavel.

5 1,0000 UNIDADE COMPRESSOR COM RESERVATORIO 8560

Compressor Odontologico- Compressor de ar comprimido para uso odontologico,monofasico, com deslocamento teorico de aproximadamente 10 pes cubicos/min, 283 l/min, medidas aproximadas de 570 x 1040 x 550 mm, potencia equivalente a 2hp-1,5KW, motor de 2 polos, com peso aproximado em 80 kg, pressao de operacao minima de 100lb/pol ao quadrado -6,9 bar, maxima de 140 lbf/pol ao quadrado - 9,7 bar, rotacao do motor em aproximadamente 860rpm, unidade compressora de 1 estagio, volume de oleo de mais ou menos 500ml, volume do reservatorio de mais ou menos 95 litros, lubrificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

6	2,0000 UNIDADE EQUIPO ODONTOLOGICO	28
	<p>Equipo de profilaxia Odontologica por Bicarbonato/Ultra-Som- Aparelho de profilaxia para prevencao, jato de bicarbonato com ultrassom composto de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado para remocao do biofilme mineralizado e do biofilme nao mineralizado, chav seletora de potencia com ajuste para tres posicoes, valvula de retencao que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, valvula reguladora que proporciona pressao de ar estabilizada e adequada para a remocao do biofilme, quatro niveis de rotacao da bomba peristatica que permita a vazao adequada do liquido para cada tratamento, altura 130mm, comprimento 260mm, tensao 110/127W</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras

PREFEITURA MUN.DE SANTANA DA VARGEM

PROCESSO.: PRC00083/09 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

LICITACAO: PREG0027/09

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	DISCRIMINACAO	CODIGO MARCA/COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.
------	----------	---------	---------------	--------------------------	----------------	-------------	------------

ACEITAVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

=====

=====

220V, potencia 24W, frequencia 24 a 28 KHZ

7 4,0000 UNIDADE MOCHO 1622

Mocho Odontologico com sistema de elevacao do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuario e de subida por acao de uma mola. Ambos os movimentos sao amortecidos por um sistema de gas pressurizado, possui uma alavanca localizada abaixo do assento para regulagem da altura do assento, possui base com 05 rodizios de grande resistencia estrutural, assento com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

expandido sem costura lavavel, encosto ergonomico

com regulagem longitudinal, com as seguintes

dimensoes: Altura maxima do assento 550mm; altura

minima do assento 450mm; diametro do assento

360mm; curso de regulagem de altura do encosto

70mm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça PE. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
E-mail: administracao@santanadavargem.mg.gov.br

=====

FIRMA PROPONENTE: _____

Encarregado do serviço de compras