



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000  
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM/MG Aviso de retificação de licitação. Processo 156/09, Pregão 42/09. A licitação marcada para o dia a 03/11/2009 as 9h foi adiada para o dia 13/11/2009 9h. Motivo alteração das especificações do item eletrocardiógrafo. Informações e instrumento convocatório: Setor de compras/licitações. Praça Padre João Maciel Neiva, 15, centro, Santana da Vargem/MG. Contato (35) 3858-1200 ou pelo site: [www.santanadavargem.mg.gov.br](http://www.santanadavargem.mg.gov.br). Janaina Raquel da Silva – Pregoeira.

Retificação do edital Pregão-42/09

Onde se lê

Eletrocardiógrafo

Com no mínimo as seguintes especificações : sistema de eletrocardiografia digital com 12 derivações, computadorizado, portátil, composto por: carrinho de transporte com rodízios, modulo de ECG digital computadorizado, interface digital com comunicação para computador, para uso em pacientes adultos e pediátricos, cobo pacientes 10 vias, jogo de acessórios (elétrodos, gel, fonte de alimentação Bv.) sistema de informática composto por: ( C.P.U com disco rígido de 250 Ghz, memória Ram 2GB, gravadora, leitora de CD/DVD, teclado, mouse óptico, monitor de 15 LCD, impressora Compatível) no-break de 1,2 Kva núcleo isolado para proteção do sistema

Leia-se.

Eletrocardiógrafo

Com no mínimo as seguintes especificações:

Tela de cristal líquido para visualização do traçado de ECG e dos parâmetros de ajuste; Captura simultânea de 12 derivações; Registro em 3 canais através de impressora térmica matricial de alta resolução; Função de interpretação para auxílio no diagnóstico médico; Modo de registro manual e automáticos, selecionável; Ajuste automático da linha de base otimizando o posicionamento da impressão; Bateria interna recarregável de lítio de alta capacidade; Indicadores de: ligado à rede elétrica, funcionamento à bateria e recarregando a bateria; aparelho que permita o uso de papel termosensível c/ 80mm de largura tanto em rolo como dobrado; Filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica e tremor muscular; Teclado com membrana simples de operar; Memória interna para armazenamento de até 100 registros de ECG para posterior impressão e transferência através de rede ethernet; Interface de comunicação RS232, interface USB e porta de rede ethernet; Peso máximo de 3kg com bateria. Vindo acompanhado de : 1 cabo paciente de 10 vias; 2 eletrodos tipo clip para braços; 2 eletrodos tipo clip para pernas; 6 eletrodos precordiais; 1 bateria recarregável de lítio; 1 cabo de alimentação; 01 rolo de papel; 1 software, 1 carro para transporte, manual do usuário em português; garantia de no mínimo 1 ano.